



CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCTO/*PRODUCT*:

Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. Test

LOTE/*LOT*:

ZV-36366431

FECHA DE CADUCIDAD/*EXPIRY DATE*:

2020-09

CONDICIONES DEL TEST/

TEST CONDITIONS:

RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD:

FUNCTIONALITY TEST RESULTS:

Definidas en las hojas de *Instrucciones de uso/*

As defined in the Instructions for use booklet

Interpretación visual a los

10

minutos/

Visual interpretation at

minutes

1. PRUEBA DE SENSIBILIDAD/ *SENSITIVITY TEST*.

Diluciones a partir de un patrón/ *Dilutions from standard*.

APTO/*APPROVED*:

X

NO APTO/ *NOT APPROVED*:

2. PRUEBA DE ESPECIFICIDAD/ *SPECIFICITY TEST*.

Materiales preparados en el tampón del producto. Lote/

Materials prepared in product buffer. Lot :

ZV-36366431

APTO/*APPROVED*:

X

NO APTO/ *NOT APPROVED*:

RESULTADO DEL ACONDICIONAMIENTO/

PACKAGING RESULT:

APTO/*APPROVED*:

X

NO APTO/ *NOT APPROVED*:

INFORMACION ADICIONAL/

OTHER INFORMATION:

RESULTADO DEL CONTROL DE CALIDAD/

QUALITY CONTROL RESULT:

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR *IN VITRO* USE ONLY.

APTO/*APPROVED*:

X

NO APTO/ *NOT APPROVED*:

Fecha del Certificado/*Date of Certificate*: 08/01/2019

Firmado/*Signed*:

Susana Romero

Garantía de Calidad/ *Quality Assurance*

