



CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCTO/**PRODUCT:** H. pylori test

LOTE/**LOT:** P-228

FECHA DE CADUCIDAD/**EXPIRY DATE:** 2020-05

CONDICIONES DEL TEST/
TEST CONDITIONS: Definidas en las hojas de Instrucciones de uso/
As defined in the Instructions for use booklet

RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD/
FUNCTIONALITY TEST RESULTS: Interpretación visual a los **10** minutos/
Visual interpretation at minutes

1.PRUEBA DE SENSIBILIDAD/**SENSITIVITY TEST**

Diluciones a partir de un patrón/ Dilutions from standard.

APTO/**APPROVED:** ☒

NO APTO/**NOT APPROVED:** ☐

2.PRUEBA DE ESPECIFICIDAD/**SPECIFICITY TEST**

Materiales preparados en el tampón del producto. Lote /
Materiales prepared in product buffer. Lot:

P-228

APTO/**APPROVED:** ☒

NO APTO/**NOT APPROVED:** ☐

RESULTADO DEL ACONDICIONAMIENTO/
RESULT:

APTO/**APPROVED:** ☒

NO APTO/**NOT APPROVED:** ☐

INFORMACION ADICIONAL/
OTHER INFORMATION:

RESULTADO DEL CONTROL DE CALIDAD/
QUALITY CONTROL RESULT:

APTO/**APPROVED:** ☒

NO APTO/**NOT APPROVED:** ☐

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR IN VITRO USE ONLY

Fecha del Certificado/**Date of Certificate:** 01/06/2018

Firmado/**Signed:**



Susana Romero

Garantía de Calidad/ **Quality Assurance**