



CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE

Quality Control Certificate

FUNGIFAST AFG (12)

Référence / Catalog number

44412

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	180659
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	30/04/2019 2019-04-30

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
FUNGI Suspension	180606	2020-12-13
FUNGI MES	180326	2019-09-27
FUNGIFAST AFG	180409	2019-04-30
FUNGI TC	180139	2020-07-31

RESULTATS - RESULTS

Contrôle FUNGI Suspension <i>FUNGI Suspension Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Limpide incolore Clear Limpid
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Candida albicans</i> ATCC 90028 <i>Candida glabrata</i> Mac 1650 <i>Candida tropicalis</i> 3E042 <i>Candida kefyr</i> 04C01204 <i>Candida krusei</i> ATCC 6258 <i>Candida lusitaniae</i> 07B01204 <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019 <i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC 32045 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> 134N <i>Candida guilliermondii</i> 434N Conformité / spécifications Conformity / specifications

Contrôle FUNGI MES FUNGI MES Control	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Étiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Limpide violet Purple Limpid
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Candida albicans</i> ATCC 90028 <i>Candida glabrata</i> Mac 1650 <i>Candida tropicalis</i> 3E042 <i>Candida kefyr</i> 04C01204 <i>Candida krusei</i> ATCC 6258 <i>Candida lusitaniae</i> 07B01204 <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019 <i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC 32045 <i>Candida albicans</i> ATCC 90029 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle FUNGIFAST AFG FUNGIFAST AFG Control	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Étiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Sec Dry
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme Conform	<i>Candida albicans</i> ATCC 90028 <i>Candida glabrata</i> Mac 1650 <i>Candida tropicalis</i> 3E042 <i>Candida kefyr</i> 04C01204 <i>Candida krusei</i> ATCC 6258 <i>Candida lusitaniae</i> 07B01204 <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019 <i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC 32045 <i>Candida albicans</i> ATCC 90029 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle FUNGI TC FUNGI TC Control	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Étiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	homogène, opaque homogenous, opaque
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances Performances	Conforme Conform	turbidité turbidity Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement	Conforme	Conformité / spécifications

Conformity after packaging	Conform	Conformity / specifications
-----------------------------------	----------------	-----------------------------

Lot accepté le / Accepted on :

28/06/2018

Par / By : Stéfan LAMOUROUX

Quality Control Manager



Fin du Document / End of document